

SỞ Y TẾ TỈNH TIỀN GIANG
TT KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số: 399/TB-KSBT
V/v thông báo mời báo giá
trang thiết bị y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiền Giang, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang xin trân trọng gửi tới các đơn vị cung ứng danh mục trang thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang, số 158/3 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện: Phòng Tài chính - Kế hoạch (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang), số 158/3 Trần Hưng Đạo, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại: 02733.979126.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: **trước 8 giờ 00 phút ngày 13/5/2024.**

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày (tính từ ngày hết thời gian nhận báo giá).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế cần mua sắm: (phụ lục I chi tiết kèm theo).

2. Mẫu báo giá: (phụ lục II chi tiết kèm theo).

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho cho một hoặc nhiều phần khác nhau của danh mục (những mặt hàng đơn vị có cung ứng).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang rất mong nhận được phản hồi thông tin từ các đơn vị cung ứng.

Trân trọng cảm ơn. / *me*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Khoa-Phòng TTKSBT
- Đăng website, Công thông tin đấu thầu;
- Lưu: VT, TCKH.



Q. GIÁM ĐỐC

VÕ THANH NHƠN

PHỤ LỤC I

(Đính kèm Thông báo số 39/TB-KSBT ngày 22/4/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang)

TT	Tên Vật tư	Yêu cầu kỹ thuật	Qui cách	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Thiết bị theo dõi nhiệt độ tự động Fridge-tag 2E	<p>Phạm vi ứng dụng: Bảo quản trong môi trường lạnh Kích thước bên ngoài (L x W x H): 128 x 75 x 19 mm Kích thước của màn hình: 95 x 27 mm. Trọng lượng: 107 g. Điều kiện bảo quản (chưa kích hoạt): 0°C đến +30°C. Nhiệt độ hoạt động : -25°C đến +55°C Khoảng nhiệt độ cảnh báo: : -20°C đến +50°C với bước tăng 0.1°C. Độ chính xác của phép đo nhiệt độ:</p> <ul style="list-style-type: none">• +/- 0.8°C (-25°C đến -10°C)• +/- 0.5°C (-10°C đến +40°C)• +/- 0.8°C (+40°C đến +55°C) <p>Thiết lập cảnh báo: 2 giới hạn cảnh báo động (1 giới hạn trên và 1 giới hạn dưới). Thời gian kích hoạt cảnh báo: 1 phút tới 23 giờ 59 phút. Chỉ thị cảnh báo: Trực quan Dung lượng bộ nhớ: 30 ngày trên màn hình và độ dài báo cáo PDF có thể cài đặt tại nhà máy: 28, 56, 84 hoặc 112 ngày. Lớp bảo vệ: IP64. Pin: Lithium- tuân thủ theo hướng dẫn đóng gói IATA DGR 970-Phần II. Thời gian hoạt động: Lên đến 5,5 năm (0.5 năm bảo quản và 5 năm sử dụng). Bảo hành: 2 năm. Tiêu chuẩn: CE, EMC, ROHS, REACH, PQS</p>		Cái	20			

PHỤ LỤC II

Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang)

(Đính kèm Thông báo số: /TB-KSĐT ngày /4/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang)

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Email:

Ngày báo giá:

Hiệu lực của báo giá:

BÁO GIÁ HÀNG HÓA

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên hàng hóa	Tên Thương mại của hàng hóa	Số đăng ký lưu hành (số giấy phép nhập khẩu)	Mục Đích sử dụng	Tên thiết bị sử dụng hóa chất	Chủng loại (Model) Của thiết bị sử dụng hóa chất	Hãng chủ sản xuất	Nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá có VAT	Thành tiền	Nước cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do	Giá trúng thầu 12 tháng gần nhất				Ghi chú
																Giá trúng thầu	Số QĐ phê duyệt trúng thầu	Ngày QĐ phê duyệt trúng thầu	Đơn vị ra quyết định	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
...																				
	Tổng																			
Số tiền bằng chữ																				

Ghi chú:

Đơn giá trên là giá đã bao gồm trọn gói các loại thuế, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Giá trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên Cổng thông tin của BYT.

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]